



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

Expediente despachado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2018

PROTOCOLO Nº 13069/2018

RC Nº 744/2018 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Em face dos elementos constantes no presente protocolado administrativo e ao disposto no artigo 43, VI da Lei de Licitações e Contratos, HOMOLOGO e ADJUDICO o Pregão Eletrônico nº 107/2018 referente ao REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA.

CNPJ: 59.231.530/0001-93					
Razão Social: KOLPLAST C I S.A.					
1ª	Item:	Qtde:	Unid:	Descrição:	Valor Unitário:
	1	5	pç	Aparelho colposcópico, com as seguintes características técnicas: de no mínimo 05 aumentos; objetiva foco (distância de trabalho) 300 mm; com estativa reta portátil de chão com rodízios para proporcionar maior sustentação e segurança ao equipamento; -manipulo para movimentação do equipamento; filtro verde removível;-binóculo reto curto f=160 mm; focalização ajustável através macro regulagem realizada com a movimentação da estativa e da micro regulagem de distância realizada por ajuste manual através da alavanca lateral com cremalheira; oculares grande angular 12,5x ajustáveis, dioptrias: -5d até +5d com trava; distancia interpupilar regulável; divisor de luz e adaptador para câmara de vídeo incorporado; fonte de luz fria: lâmpada halogênio – 15 v / 150 w e transmissão da luz através de cabo de fibra óptica, com ajuste de luminosidade da luz, fusível de segurança e cabo elétrico e lâmpada sobressalente; altura mínima aproximada de 95 cm e altura máxima aproximada de 112 cm; deve ter capacidade para ligar o equipamento em 110 ou 220 v; deve ter capa plástica; manual do equipamento em português; Registro MS.	R\$ 13.400,00
	4	15	pç	Foco ginecológico, com as seguintes características técnicas: foco refletor ambulatorial; foco de luz auxiliar para exames ginecológicos; com haste superior flexível e cromada; pedestal com haste inferior pintada; altura variável entre 100 a 150 cm aproximadamente; pintura em epóxi à 250° c. de alta resistência; base do pedestal com rodízios para proporcionar maior sustentação e segurança ao equipamento; alimentação elétrica automática de 110 a 220 v. 50/60 hz; lâmpada de led (luz fria e branca); intensidade luminosa de 8.000 lux à 50 cm do campo observado.	R\$ 354,00

CNPJ: 95.433.397/0001-11					
Razão Social: COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA					
1ª	Item:	Qtde:	Unid:	Descrição:	Valor Unitário:
	2	15	pç	Detector fetal, com as seguintes características técnicas: detector ultrassônico de batimentos cardíacos composto de equipamento para localização de feto, transdutores, cabos e conectores; equipamento destinado para diagnóstico de gravidez múltipla, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10ª semana de gestação e avaliação do batimento cardíaco-fetal durante o trabalho de parto e o bem estar do feto no pré-parto; modelo de mesa; display digital para indicação da frequência cardíaca fetal em bpm, com controles de volume e tonalidade p/ filtragem de ruídos indesejáveis; faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 60 a 190 bpm; alto-falante embutido; saída para transdutor e fone de ouvido; com suporte para alojar o transdutor acústico; monitoramento de frequência cardíaca fetal; transdutor com cabo de no mínimo 01 (um) metro com frequência compatível ao equipamento; fone de ouvido para ausculta individual; tensão de alimentação: 127/220 v ac ou sistema bivolt automático de tensão, 50/60hz; tipo de cabo de rede: deve seguir a norma abnt nbr 14136:2002; fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado; sistema digital.	R\$ 575,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

CNPJ: 18.258.209/0001-15

Razão Social: CIRUGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA

1ª	Item:	Qtde:	Unid:	Descrição:	Valor Unitário:
	3	10	pç	Eletro cautério, com as seguintes características técnicas: bisturi eletrônico microprocessado; aplicação básica; equipamento médico destinado ao corte e coagulação de tecidos em procedimentos ginecológicos ambulatoriais; funções mínimas: corte puro, blend, coagulação; ativação por comando manual e ou pedal; acionamento do corte ou da coagulação através da caneta ou do pedal; potência de saída de no mínimo 100 watts, controlada com precisão 0,1%; ajuste de potência por teclas blindadas à prova de líquidos no painel frontal; display digital de grande visibilidade que indica o nível de potência real de saída em todos os modos de operação; sistema de monitoração de circuito da placa de retorno (placa paciente) que bloqueia o funcionamento do equipamento na ocorrência de alguma falha na continuidade do fio e/ou conexão placa-cabo com sinalização audiovisual, também bloqueando o funcionamento do equipamento em caso de descolamento da placa; painel blindado à prova d'água que impede a entrada de líquidos e facilita a desinfecção; seleção automática de voltagem; controle visual e sonoro de ativação, aparelho ativado; pedal ativador com sistema isolador, contra choques ou curtos circuitos. possuir 01 caneta porta-eletrodo (adaptador de eletrodo), 01 pedal, placa isolada eletricamente (flutuante), 01 cabo conexão reforçado; fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado; manual de instruções em português e garantia mínima de um (01) ano.	R\$ 3.527,49

CNPJ: 26.726.146/0001-02

Razão Social: AMX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EIRELI

1ª	Item:	Qtde:	Unid:	Descrição:	Valor Unitário:
	6	15	pç	Mocho com encosto, com as seguintes características técnicas: banco giratório a gás com encosto; assento e encosto com espuma injetada de alta densidade, revestimento em material lavável, resistente à utilização diária e aos meios químicos de desinfecção; base giratória em nylon com 05 pés com rodízios giratórios; ajuste de altura através de alavanca com sistema a gás; altura regulável aproximada entre 0,50 e 0,60cm.	R\$ 387,38

Revogo o item 5.

Autorizo a despesa para a emissão de Ordem de Serviço às detentoras das atas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, observando-se o descrito nos cadernos que compuseram a licitação e a respectiva Ata de Registro de Preços.

Paulínia, 19 de outubro de 2018

DIXON RONAN CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL